

Dragon Skin FX- Pro



ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

NAMSA
6750 Wales Road
Northwood, OH 43619
419.666.9455

КЛИЕНТ

SMOOTH-ON, INC
2000 Saint John Street
Easton, PA 18042

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ: 14T_56434_03

ДАТА: 29 декабря 2014 Г.

| | |
|-------------------------------|---|
| ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОБРАЗЦА: | Клиент идентифицировал следующий тестовый материал как « Dragon Skin FX Pro ». |
| ДЕТАЛИ ВЫБОРКИ: | Образцы проб были отправлены в лабораторию непосредственно клиентом. Никакие особые условия отбора проб или подготовки образцов не наблюдались компанией NAMSA. |
| ДАТА ПОЛУЧЕНИЯ: | Образцы были получены лабораторией NAMSA 21 октября 2014 г. |
| ТЕСТОВЫЙ ПЕРИОД: | 10 ноября 2014 г. |
| РАЗРЕШЕНИЕ: | Присвоенный номер проекта 116924.0, подписан Rodney C. Conn. |
| ЗАПРОШЕННЫЙ ТЕСТ: | Оценить потенциал вызывать отсроченную при кожном контакте сенсibilизацию. Это исследование проводилось на основе требований ИСО 10993-10 «Биологическая оценка медицинских изделий», часть 10: Испытания на раздражение и сенсibilизацию кожи. |
| РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ: | Тестируемое изделие показало отсутствие признаков вызывающих отсроченную при кожном контакте сенсibilизацию. |
| ПОДГОТОВЛЕНО ДЛЯ: | Rodney C. Conn, Специалист по техническому соответствию SMOOTH-ON, INC |