

## Ecoflex 00-30



### ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

**NAMSA**  
6750 Wales Road  
Northwood, OH 43619  
419.666.9455

### КЛИЕНТ

**SMOOTH-ON, INC**  
2000 Saint John Street  
Easton, PA 18042

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ: 14T\_41611\_03

ДАТА: 10 сентября 2014 Г.

<b>ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОБРАЗЦА:</b>	Клиент идентифицировал следующий тестовый материал как « <b>Ecoflex 00-30</b> ».
<b>ДЕТАЛИ ВЫБОРКИ:</b>	Образцы проб были отправлены в лабораторию непосредственно клиентом. Никакие особые условия отбора проб или подготовки образцов не наблюдались компанией NAMSA.
<b>ДАТА ПОЛУЧЕНИЯ:</b>	Образцы были получены лабораторией NAMSA 25 июня 2014 г.
<b>ТЕСТОВЫЙ ПЕРИОД:</b>	28 июля 2014 г.
<b>РАЗРЕШЕНИЕ:</b>	Присвоенный номер проекта 1160430, подписан Rodney C. Conn.
<b>ЗАПРОШЕННЫЙ ТЕСТ:</b>	Оценить потенциал вызывать отсроченную при кожном контакте сенсibilизацию. Это исследование проводилось на основе требований ИСО 10993-10 «Биологическая оценка медицинских изделий», часть 10: Испытания на раздражение и сенсibilизацию кожи.
<b>РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:</b>	Тестируемое изделие показало отсутствие признаков вызывающих отсроченную при кожном контакте сенсibilизацию.
<b>ПОДГОТОВЛЕНО ДЛЯ:</b>	Rodney C. Conn, Специалист по техническому соответствию SMOOTH-ON, INC